

表3

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	沈丘县人民医院
拟采购产品名称	血液净化室水处理机
拟采购产品金额	270万元
采购项目所属项目名称	沈丘县人民医院血液净化室水处理机采购项目
采购项目所属项目金额	270万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 国产水处理机在处理能力、水质稳定性、智能化监控、连续运行可靠性以及与大型血液净化中心工作流程的匹配度等方面，尚无法完全满足我院血液净化室高标准、大规模透析治疗需求。进口水处理机在反渗透膜技术、多级过滤工艺、在线水质监测、自动化控制及故障预警系统等方面具有成熟技术优势，能够持续稳定产出符合国际标准的超纯水，有效降低透析相关并发症和感染风险，更好地保障患者透析安全和治疗效果。综上，本次“血液净化室水处理机采购项目”申请采购进口产品。	

三、专家论证意见

目前国产血液净化水处理机的水质稳定性与进口产品存在一定的差距，不能完全满足医院大规模透析治疗的需求，进一步增加了透析相关的并发症和感染风险，同时国产设备在线水质监测和多级过滤工艺等方面与进口设备也存在不足处，不能完全满足采购的要求，同意采购进口产品。

专家签字

王亚

2026 年 9 月 14 日