

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	河南省肿瘤医院		
项目名称	河南省肿瘤医院上海联影uMR智能光梭平台升级服务采购项目		
专家论证意见	该院现有设备为上海联影uMR磁共振诊断系统，本次采购内容为本院磁共振系统光梭平台升级服务，该平台为联影公司开发，其他厂家光梭平台与本院磁共振不相匹配，不可使用、不可替代，具有唯一性，河南嘉多惠生物科技有限公司为上海联影分公司在河南的唯一合法一级代理商，本项目符合政府采购法第三十一条之规定，应予单一来源采购方式。		
专家信息	姓名：	何进	
	职称：	主任	
	工作单位：	河南省肿瘤医院	
日期	2024年5月11日		