

目的. 国产产品及博容器械达不到0.5ml.
另外在抗干扰能力, 封装等. 能发是
做是国产的与进口产品存在一定差距.
不能满足该院复杂心脏手术的使用.
同意厚购进。无功版内所表
反其系.

专家签字:



2025年6月9日