

# 周口市政府采购合同（货物类）

## 标准文本

政府采购项目名称：商水县中医院新院区开院运营常规医疗设备  
(第一批)采购项目 7 包

政府采购项目编号：商水财招标采购-2024-31

采 购 人：商水县中医院

供 应 商：河南浩宽医疗器械有限公司

合 同 签 订 地：商水县中医院

合 同 签 订 时 间： 年 月 日

## 合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
- 2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
- 3、该政府采购项目评审报告；
- 4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的投标文件（纸质或 DPF 格式的电子投标文件）；
- 2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
- 3、该政府采购项目中标通知书；
- 4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后一个工作日内由采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

## 供应商履约验收指引

- 1、供应商不得擅自变更合同标的物内容；
- 2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；
- 3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；
- 4、在满足验收条件 5 个工作日内通知采购人组织验收；
- 5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；
- 6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。

7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

# 采购合同内容

采购人（甲方）：商水县中医院

供应商（乙方）：河南浩宽医疗器械有限公司

签订地点：商水县中医院

项目名称：商水县中医院新院区开院运营常规医疗设备(第一批)采购项目 7包

项目编号：商水财招标采购-2024-31

财政委托号：\_\_\_\_\_（财政资金项目必须填写）

本项目经批准采用政府采购公开招标采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

**第一条** 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	注册证名称	品牌	规格型号	注册证号	数量	生产厂家	单价(元)	总价(元)
麻醉机 (带 AG、 BIS)	麻醉 系统	迈瑞	A4C	国械注准 20233081170	4	深圳迈瑞 生物医疗 电子股份 有限公司	430000 元	1720000 元

合同总价款（大小写）：壹佰柒拾贰万元整；¥：1720000.00 元

备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。

**第二条** 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（①）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。

若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为\_\_\_/\_\_\_。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

### 第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

### 第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1. 交货方法，按下列第（①）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2. 到货地点：甲方指定的地点，安装并调试。

3. 产品的交货期限自接到甲方通知后 30 日历天内，投标设备生产日期不得超过甲方的产品的交货期限前 60 日历天。

### 第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：壹佰柒拾贰万元整；¥：1720000.00 元。

### 第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

设备调试验收合格后付款 90 %，

提供厂家原厂售后服务承诺函后付款 10 %。

### 第七条 验收方法

1. 乙方安装调试后，在 30 天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2. 甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切

后果及损失由乙方承担。

3. 甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4. 甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：乙方承担全部费用。

#### 第八条 对产品提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在7个工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3. 乙方在接到甲方异议后，应在7个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

#### 1. 保修

乙方对其所提供的货物免费保修五年，保修期从验收合格并出具书面验收报告注明日期开始。乙方应在接到报修通知后1天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但费用和 risk 由乙方承担。

#### 2. 维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲

方承担。

#### 第十条 乙方的违约责任

1. 乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 10%（通用产品的幅度为 1%—5%，专用产品的幅度为 10%—30%）的违约金。

2. 乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4. 如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5. 乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6. 乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7. 任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款 5% 违约金。

#### 第十一条 甲方的违约责任

1. 甲方中途退货, 应向乙方偿付退货部分货款 3% (通用产品的幅度为 1%~5% 专用产品的幅度为 15%~30%) 的违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的, 应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款, 应向乙方违约金      元。

## 第十二条 不可抗力

1. 如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故, 致使影响合同履行时, 履行合同的期限应予以延长, 延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的, 并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时, 应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由, 在取得有关部门证明以后, 允许延期履行、部分履行或者不履行合同, 并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 第十三条 履约 (或质量) 保证金

1. 本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的, 甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供, 与此有关的费用由卖方承担。

2. 若确需质量保证金的, 质量保证金不得超过合同总价款的 5%。

3. 如乙方未能履行其合同规定的任何义务, 甲方有权从履约保证金中取得补偿。

## 第十四条 转让与分包

1. 除甲方事先书面同意外, 乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2. 乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下, 乙方对甲方负总责。

## 第十五条 合同文件及资料的使用

1. 乙方在未经甲方同意的情况下, 不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2. 除非执行合同需要, 在事先未得到甲方同意的情况下, 乙方不得使用前款

所列的任何文件和资料。

### 第十六条 合同纠纷调处

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2. 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，向合同签订地商水县人民法院起诉。

3. 甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

第十七条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称商水县中医院新院区开院运营常规医疗设备(第一批)采购项目 7 包(项目编号: 商水财招标采购-2024-31)的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式 4 份，甲乙双方各执 2 份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人(甲方): (公章)

地址: 商水县健康路中段 169 号

法定代表人:

委托代理人:

电话:

开户银行: 中国银行商水县支行

账号: 255923757217

供货人(乙方): (公章)

地址: 河南省西华县人民路与青华

路交叉口往南 100 米路西

法定代表人:

委托代理人:

电话: 13601022780

开户银行: 河南省西华县农村信用社

账号: 37221001800000390

2024 年 12 月 24 日

2024 年 12 月 24 日

麻醉系统 A4C 配置清单

产品名称	注册证名称	品牌	规格型号	注册证号	数量	生产厂家	单价	总价
麻醉机（带 AG、BIS）	麻醉系统	迈瑞	A4C	国械注准 2023308 1170	4	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	430000 元	1720000 元
15.6 英寸电容触摸屏	/	迈瑞	15.6"	/	4	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	含在主机	含在主机
气源	/	迈瑞	氧、空	/	4	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	含在主机	含在主机
驱动方式	/	迈瑞	氧气	/	4	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	含在主机	含在主机
带中央刹车	/	迈瑞	/	/	4	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	含在主机	含在主机
通气模式	/	迈瑞	VCV、PCV、SIMV PCV、SIMV VCV）、 PCV-VG、PSV Pro	/	4	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	含在主机	含在主机

呼吸回路	/	迈瑞	一次性钠石灰罐 /带皮囊支架/带 BYPASS	/	4	深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限公 司	含在主 机	含在主 机
罐位	/	迈瑞	双罐位	/	4	深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限公 司	含在主 机	含在主 机
带辅助供氧	/	迈瑞	/	/	4	深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限公 司	含在主 机	含在主 机
备用供氧	/	迈瑞	/	/	4	深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限公 司	含在主 机	含在主 机
七氟醚挥发罐	/	迈瑞	/	/	4	深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限公 司	含在主 机	含在主 机
AG 模块	AG 模块	迈瑞	AG-I	国械注 准 2023308 1170	4	深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限公 司	含在主 机	含在主 机
BIS 模块	BIS 模块	迈瑞	BIS	国械注 准 2023308 1170	4	深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限公 司	含在主 机	含在主 机

旁流 CO2 模块	旁流 CO2 模块	迈瑞	C02-3	国械注 准 2023308 1170	4	深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限公 司	含在主 机	含在主 机
氧浓度（含顺磁 氧）	氧浓度 （含顺磁 氧）	迈瑞	/	国械注 准 2023308 1170	4	深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限公 司	含在主 机	含在主 机
一次性成人附件 包	/	迈瑞	/	/	4	深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限公 司	含在主 机	含在主 机
迈瑞 A4C 麻醉系 统软件	/	迈瑞	/	/	4	深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限公 司	含在主 机	含在主 机

## 迈瑞麻醉系统 A4C 技术参数

### 1 基本性能

1.1 适用于在专业医疗机构内用于成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。

### 2 气源

2.1 具备氧气、空气气源接口，并可支持笑气气源接口。

2.2 可支持气源压力实时监测，并在麻醉机屏幕上显示，并且还支持显示呼吸系统加热状态、参数棒图、新鲜气体的实时流量水平。

### 3 流量计

3.1 配备电子流量计，可自动计算并实时显示新鲜气体的氧浓度、总流量

### 4 挥发罐

4.1 配备 2 个挥发罐位，配备一个与主机同品牌迈瑞原装 V60 挥发罐（通过 CE、FDA 认证），适用异氟醚、七氟醚麻醉剂，同时可选配升级原厂迈瑞 V80 挥发罐，支持地氟醚麻醉剂

4.2 具备自检可视化功能，能够显示挥发罐状态，保证麻药精准输出

### 5 呼吸回路

5.1 所有回路模块不用任何工具可以支持徒手拆卸、安装，且所有呼吸回路部件（含流量传感器、折叠囊等）都可耐受 134℃ 高温高压消毒，避免院内交叉感染

5.2 配备二氧化碳旁路功能（Bypass 组件），支持术中更换钠石灰时，保持呼吸回路里的压力

### 6 呼吸机

6.1 采用气动电控呼吸机，上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态

6.2 配备 15.6 英寸外置式彩色电容（非电阻屏）触摸显示屏幕，方便多角度调节、观察；具备备用物理按键，可手动可调

6.3 用户可根据需要选择全自检或部分自检功能，也可无限次跳过自检，快速开始手术

6.4 配备全面的通气模式容量控制模式 VCV、压力控制模式 PCV，压力控制容量保证模式（PCV-VG）、同步间歇指令模式（压力、容量）（SIMV PCV、SIMV VCV）、持续气道正压 / 压力支持通气（带窒息保护的的压力支持模式 PSV Pro），并可支持气道压力释放（APRV）呼吸通气模式

6.5 具备麻醉药物和新鲜气体使用量实时显示和统计功能，便于精确计算手术成本

## 7 数字和波形监测

7.1 配备模块化的气体监测功能，模块支持热插拔，可监测呼末二氧化碳、麻醉气体、氧浓度（顺磁氧方式）、MAC 值等

## 8 互联互通功能

8.1 具备 HL7 通信协议，免费提供端口与信息系统（主流手麻系统属于信息系统的其中一种）进行网络连接

8.2 具备视频信号接口，可连接外部显示器，便于视频输出演示、教学使用