

周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）医疗设备采购项目 变更公告

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：周财磋商采购-2025-108
- 2、原公告的采购项目名称：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）医疗设备采购项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2025年10月13日、《河南省政府采购网》《周口市公共资源交易中心网》
- 4、原投标截止时间（投标文件递交截止时间）：2025年10月27日10时00分（北京时间）

二、变更内容：

原采购文件内容：

超短波治疗仪 2台

- 1、电源：交流电压 220V 50Hz
- 2、额定输入功率：700VA
- 3、输出功率及脉冲
 - 3.1、分 20W、40W、60W、100W、200W 五档可调，允差±20%
 - 3.2、输出功率的稳定性：连续工作 30min，输出功率变化不大于±10%
 - 3.3、脉冲调制频率：疏波 MF 70Hz，密波 DF 350Hz
 - 3.4、调制波形：方波
 - 3.5、调制脉冲脉宽：疏 7.15ms，密 1.43ms
- 4、治疗时间：五档可调（10min、15min、20min、25min、30min），各档允差±5%，预热时间≤120s，治疗结束后有蜂鸣声提示治疗结束
- 5、外形尺寸：长 mm×宽 mm×高 mm 430mm*330mm*830mm，允差±15%
- 6、工作频率：27.12MHz，允差±1.5%
- 7、输出线长度：1100mm，允差±10%

8、机器配带不少于三种方型硅胶电极片

①规格：大 电极片长 223mm，宽 146mm，输出线接口端子长 95mm，宽 23mm，输出线接口端子两侧电极片长 205mm，宽 132mm。允差±10%

②规格：中 电极片长 195mm，宽 125mm，输出线接口端子长 95mm，宽 23mm，输出线接口端子两侧电极片长 173mm，宽 111mm。允差±10%

③规格：小 电极片长 124mm，宽 85mm，输出线接口端子长 95mm，宽 23mm，输出线接口端子两侧电极片长 105mm，宽 72mm。允差±10%

9、机器配带三种方形电极片布套

①规格：大 电极片布套长 274mm，宽 200mm，输出线斜开口为 60mm，斜开口两侧电极片布套长 230mm，宽 160mm。允差±10%

②规格：中 电极片布套长 240mm，宽 180mm，输出线斜开口为 60mm，斜开口两侧电极片布套长 200mm，宽 135mm。允差±10%

③规格：小 电极片布套长 173mm，宽 123mm，输出线斜开口为 60mm，斜开口两侧电极片布套长 130mm，宽 85mm。允差±10%

10、配有输出功率检测灯管。

现变更为：

超短波治疗仪 2 台

1. 电源电压：~220V 允差±22V 50Hz 允差±1Hz
2. 治疗仪工作频率采用 40.68MHz 允差±1.5%
3. 输入功率：≤150VA
4. 输出功率：10-50W 五档可调，触摸按键，LED 数码显示。
5. 时间控制：智能电脑芯片定时，0~60 分钟任意可调，LED 数码显示。以± 分钟步进，带有呼吸式秒闪烁计时，误差± 1min, 定时精准。
6. 输出控制：(10~50W) 5 档可调，自带一键启动/停止功能。
7. 输出最大功率：50W 允差±20%
8. 全智能控制，触摸按键，LED 数码显示。
9. 连续工作时间：≤4 小时
10. 使用环境：环境温度 5℃~40℃, 相对湿度≤80%

三、其它补充事宜

四、其他内容不变，给各位投标人带来的不便，敬请谅解！

五、联系方式

1. 采购人信息

名称：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）

地址：周口市川汇区庆丰街中段

联系人：李林

联系方式：0394-8222627

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：周口市公共资源交易中心（周口市政府采购中心）

地址：周口市光明路与政通路交叉口北 100 米路东

联系人：郝冰

联系方式：0394-8106517、19913281817

3. 项目联系方式

项目联系人：李林

联系方式：0394-8222627

